



ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
70013 Ηράκλειο Κρήτης

Ηράκλειο, 31/10/2025

Α.Π. 198918

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Α. Π. 198743/30.10.2025, ΑΔΑΜ 25PROC017825306, ΑΔΑ ΨΑΧΦ469ΗΚΥ-89Φ

Σχετικά: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια νέου επιτραπέζιου συστήματος περίθλασης ακτίνων Χ κόνεως (XRPD) με περιστρεφόμενο δειγματοφορέα», Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 384738

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται Διευκρίνιση σε σχέση με τα παρακάτω σημεία της αρχικής διακήρυξης:

1. Σελίδα 63:

Η παρακάτω προδιαγραφή στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών

α/α	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση
1.4	Να διαθέτει πηγή ακτίνων – Χ χαλκού (Cu) τύπου Sealed Tube και γεννήτρια ισχύος τουλάχιστον 600W.	Ναι, να αναφερθεί

αντικαθίσταται με την εξής ορθή:

α/α	Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση
1.4	Να διαθέτει πηγή ακτίνων – Χ χαλκού (Cu) τύπου Sealed Tube και γεννήτρια ισχύος τουλάχιστον 1000W .	Ναι, να αναφερθεί

Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ – ΙΤΕ)

Θ. Ιωαννίδης
Διευθυντής ΙΕΧΜΗ - ΙΤΕ